

総合検査案内 2018-2019年版 正誤表

案内書 掲載頁	項目 コード	項目名	訂正箇所	正	誤
12	1537	セフトジジム (CAZ)	商品名	モダシン	ベストロン点眼
25	5178	アミノ酸定量 (尿)	表中の単位	$\mu\text{mol/L}$	m mol/L
37	4571	尿中NMP22	提出条件 ・備考	専用容器にてご提出ください。 下欄参照 ※01	※01
			下欄	<尿中NMP22提出時のご注意> 採尿後は必ず24時間以内に尿安定化剤入り専用容器に移し、混和後提出。カテーテル尿不可。肉眼的血尿検体不可。膀胱鏡検査施行後、またはカテーテル施行後、5日以内の採尿検体不可。	
49	4585	尿素呼気試験コービット	検体量 (mL)	呼気200~250cc 前後各2本	呼気12cc 前後各2本