

新規受託項目と中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび下記の検査項目につきまして新規受託と中止のご案内をさせていただきます。
今後とも変わらぬご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 新規受託開始日 2026年9月28日（月）受付分より


● 新規受託項目

項目 コード	検査項目 JLAC10	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値 (単位)
3684	胼グルカゴン 4G030-0000-022-023	血漿 0.5 速やかに 冷却遠心	16	(分離後) 凍結	4~7	150 (生化Ⅱ)	EIA法	8.8~45.2 (空腹時) (pg/mL)

<備考>

グルカゴン類似物質との交差反応性が低減された改良試薬を用います。
容器16（アプロチニン入りEDTA管）に採血後、直ちに十分混和し冷却遠心分離を行い、血漿を凍結して
ご提出ください。溶血は低値の影響があります。

<新旧二法の相関>



委託先資料より

上記項目受託開始に伴い、下記の項目を受託中止とさせていただきます。

● 受託中止日 2026年9月28日（月）受付分より

● 受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード	検査項目	代替項目
137	3381	胼グルカゴン	新規受託項目をご利用ください。